

中华人民共和国国家标准

GB/T 27540-2011

猪瘟病毒实时荧光 RT-PCR 检测方法

Method of the real-time RT-PCR for the detection of classical swine fever virus

2011-11-21 发布 2012-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

前 言

- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
- 本标准由中华人民共和国农业部提出。
- 本标准由全国动物防疫标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。
- 本标准起草单位:中国兽医药品监察所。
- 本标准主要起草人:王琴、王泰健、徐璐、范学政、刘俊、蒋春燕、赵启祖、宁宜宝、邹兴启。

540

猪瘟病毒实时荧光 RT-PCR 检测方法

1 范围

本标准规定了猪瘟病毒(Classical swine fever virus, CSFV)实时荧光 RT-PCR 检测方法。

本标准适用于猪瘟的诊断和监测,适用于猪活体及其脏器、血液、排泄物和细胞培养物中 CSFV 核酸的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

中华人民共和国农业部公告第302号 兽医实验室生物安全技术管理规范

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CSFV:猪瘟病毒(Classical swine fever virus)

Ct 值:达到阈值的循环数(cycle threshold)

DEPC: 焦碳酸二乙酯(diethylpyrocarbonate)

HS Taq 酶:热启动 Taq DNA 聚合酶(HS Taq DNA polymerase)

RNA:核糖核酸(ribonucleic acid)

荧光 RT-PCR: 荧光逆转录聚合酶链式反应 (real time fluorescent quantitative reverse transcription polymerase chain reaction)

4 试剂和材料



除另有说明,所用试剂均为分析纯;所有试剂均用无 RNA 酶的容器分装。

- **4.1** Trizol: RNA 抽提试剂,外观为粉红色,分装至棕色瓶中,于 4 ℃~8 ℃保存。
- 4.2 氯仿:4 ℃预冷。
- 4.3 异丙醇:4℃预冷。
- **4.4** 75%乙醇:用新开启的无水乙醇和 DEPC 水配制, -20 ℃预冷。
- **4.5** DEPC 水:去离子水中加入 0.1% DEPC,37 ℃作用 1 h,(121±2)℃,高压灭菌 15 min。
- 4.6 RNA 酶抑制剂(30 U/μL)。
- 4.7 10×PCR buffer (10 mmol/L pH8. 3Tris-HCl,50 mmol/L KCl,1.5 mmol/L MgCl₂).
- **4.8** dNTP(2.5 mmol/L).
- 4.9 用于 RT-PCR 反应的引物浓度为 10 μmol/L,探针浓度为 5 μmol/L,其序列如下: 上游引物 F:5-TACAGGACAGTCGTCAGTAGTTCGA-3

GB/T 27540-2011

下游引物 R:5-CCGCTAGGGTTAAGGTGTCT-3 探针 P:5-FAM-CCCACCTCGAGATGCTATGTGGAC GA-TAMRA-3

- **4.10** 反转录酶:SuperscriptⅢ反转录酶(200 U/μL)。
- 4.11 DNA 聚合酶: HS Taq DNA 聚合酶(5 U/μL)。
- 4.12 阴性对照:DEPC 水。
- 4.13 强阳性对照:非感染体外转录 RNA (4 200 pg/μL)。
- 4.14 弱阳性对照:非感染体外转录 RNA (42 pg/μL)。

5 器材和设备

- 5.1 高速台式冷冻离心机:最大离心力 12 000g 以上。
- 5.2 冰箱。
- 5.3 荧光 PCR 检测仪。
- 5.4 组织匀浆器。
- 5.5 微量移液器和吸头。
- 5.6 离心管。

6 样品的采集

6.1 采样注意事项

采样及样品前处理过程中应戴一次性手套,样本不得交叉污染。

6.2 采样工具

扁桃体采样器: 鼻捻子、开口器和采样枪。使用前均应用 3%氢氧化钠溶液浸泡消毒 5 min~10 min, 经清水冲洗。

灭菌牙签和 0.5 mL 或 1.5 mL 离心管经(121±2)℃,高压灭菌 15 min;剪、镊经 160 ℃干烤 2 h。

6.3 采样方法

6.3.1 活体样品

固定活猪的上唇,用开口器打开口腔,用采样枪采取扁桃体样品,用灭菌牙签挑至 0.5~mL 或 1.5~mL 离心管并作标记,编号,送实验室。取待检样品,按 1:5~倍体积加入 DEPC 水,于研钵或组织匀浆器中充分研磨,3~000g 离心 15~min,取上清液转入离心管中编号备用。

6.3.2 内脏样品

采取病死猪各种脏器(淋巴结、胰脏、脾脏、回肠、肝脏和肾脏)装入一次性塑料袋或其他灭菌容器,编号,送实验室。取 $50~mg\sim100~mg$ 待检样品,按 1:5 倍体积加入 DEPC 水,于研钵或组织匀浆器中充分研磨,3 000g 离心 15~min,取上清液转入离心管中编号备用。

6.3.3 4%EDTA 抗凝血

用无菌注射器直接全血,注入含 1/10 4% EDTA 溶液的无菌容器中,充分混匀后编号备用。

6.3.4 排泄物

挑取少许粪便样本于离心管中,加入适量生理盐水,振荡混匀,室温 3 000g 离心 15 min,取上清液转入离心管中编号备用。其余液体排泄物直接转入离心管编号备用。

6.3.5 细胞培养物

细胞培养物冻融 3 次,转入离心管中编号备用。

6.4 存放与运送

采集或处理的样品在 $2 \, \mathbb{C} \sim 8 \, \mathbb{C}$ 条件下保存应不超过 $24 \, h$;若需长期保存,应放置 $-70 \, \mathbb{C}$ 冰箱,但应避免反复冻融(冻融不超过 $3 \, \mathbb{K}$)。采集的样品密封后,采用保温壶或保温桶加冰密封,在 $6 \, h \sim 8 \, h$ 之内运送到实验室。按照《兽医实验室生物安全技术管理规范》进行样品的生物安全标识。

7 实时荧光 RT-PCR 检测

7.1 核酸提取

在样本制备区进行。

- 7.1.1 取 n 个灭菌的 1.5 mL 离心管,其中 n 为待检样品数×重复数 3+阳性管数+弱阳性管数+阴性管数,对每个离心管进行编号。
- 7.1.2 每管加入 500 μ L Trizol,分别加入被检样品、阳性对照、弱阳性对照和阴性对照各 200 μ L(由于阳性和弱阳性样品中模板浓度相对较高,检测过程中不得交叉污染),颠倒 10 次混匀,静置 5 min;再加入 200 μ L 氯仿,混匀器上振荡混匀 5 s(也可以用手反复颠倒混匀)。于 4 \mathbb{C} 、12 000g 离心 15 min。
- 7.1.3 取与 7.1.1 中相同数量灭菌的 1.5 mL 离心管,加入 500 μ L 异丙醇($4 \, \mathbb{C} \,$ 预冷),对每个管进行编号。取 7.1.2 中离心后的上清液约 500 μ L(注意不要吸出中间层)转移至相应的管中,颠倒混匀, $-20 \, \mathbb{C}$ 静置 30 min。
- 7.1.4 于 4 \mathbb{C} 、12 000g 离心 15 min(离心管开口保持朝离心机转轴方向放置),弃上清,倒置于吸水纸上,沾干液体,加入 600 μ L 75%乙醇,颠倒洗涤。
- 7.1.5 于 $4 \, \mathbb{C} \, \sqrt{12} \, 000g$ 离心 $10 \, \min$ (离心管开口保持朝离心机转轴方向放置),弃上清,倒置于吸水纸上,沾干液体(不同样品应在吸水纸不同地方沾干)。
- 7.1.6 $4\ 000g$ 离心 $10\ s$ (离心管开口保持朝离心机转轴方向放置),用微量加样器小心将残余液体吸干,室温干燥 $3\ min\sim10\ min$ 。
- 7.1.7 加入 38 μ L 经 DEPC 处理的水和 2 μ L RNA 酶抑制剂,轻柔混匀,溶解管壁上的 RNA,冰上保存备用。提取的 RNA 应在 2 h 内进行荧光 RT-PCR 扩增;若需长期保存应放置 -70 ℃冰箱。

7.2 荧光 RT-PCR 扩增体系的配制

在反应混合物配制区进行。

设 PCR 反应数为 n,其中 n 为待检样品数×重复数 3+阳性管数+弱阳性管数+阴性管数,每个样本测试反应体系配制见表 1。配制完毕的反应液分装时应尽量避免产生气泡,上机前注意检查各反应管是否盖紧,以免荧光物质泄露污染仪器。

| 体系组分 | | 用量 | 终浓度 |
|-----------------|------------------|---------|--------------|
| 猪瘟病毒 RT-PCR 反应液 | 10×PCR Buffer | 5.0 μL | 1× |
| | dNTPs | 1.5 μL | 0.075 μmol/L |
| | 上游引物 F | 3. 0 μL | 0.6 μmol/L |
| | 下游引物 R | 3.0 μL | 0.6 μmol/L |
| 探针溶液 | 探针 P | 1.5 μL | 0.15 μmol/L |
| 反应酶 | SuperscriptⅢ反转录酶 | 0.3 μL | 2 U/μL |
| | HS Taq DNA 聚合酶 | 0.5 μL | 0.05 U/μL |
| 总 | 星 | 14.8 μL | |

表 1 每个样品反应体系配制表

7.3 加样

在样本处理区进行。

在各设定的荧光 RT-PCR 管中分别加入本标准 7.1.7 中制备的 35.2 μ L RNA 溶液,盖紧管盖后, 500 r/min 离心 30 s。放入荧光 PCR 检测仪内。

7.4 荧光 RT-PCR 扩增

在检测区进行。

将本标准 7.3 中离心后的 PCR 管放入荧光 RT-PCR 检测仪内,记录样品摆放顺序。循环条件设置:

- a) 反转录 50 ℃/20 min;
- b) 预变性 94 ℃/4 min;
- c) 88 ℃、8 s,60 ℃、35 s,40 个循环。荧光收集设置在此阶段每次循环的退火延伸时进行。

7.5 结果判定

7.5.1 阈值设定

试验检测结束后,根据收集的荧光曲线和 Ct 值直接读取检测结果,Ct 值为每个反应管内的荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数。阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。

7.5.2 质控标准

- 7.5.2.1 阴性对照无 Ct 值,且无典型扩增曲线。
- 7.5.2.2 强阳性对照的 Ct 值应<27.0 并出现典型的扩增曲线;弱阳性对照的 Ct 值应在 34.0 左右并出现典型的扩增曲线。否则,此次试验视为无效。

7.5.3 结果描述及判定

7.5.3.1 阴性

无 Ct 值并且无典型的扩增曲线,表示样品中无 CSFV 核酸。

7.5.3.2 阳性

Ct 值≤34.0,且出现典型的扩增曲线,表示样品中存在 CSFV 核酸。

7.5.3.3 可疑

Ct 值>34.0,且出现典型扩增曲线的样本建议重复试验,重复试验结果出现 Ct 值 \leqslant 34.0 和典型扩增曲线者为阳性,否则为阴性。

